

2014 年实验室安全卫生检查情况通报

2014 年 4 月 16 日，系分管领导吴勇军教授和实验室秘书对曹光彪大楼材料系公用房的消防、安全、卫生等情况进行了巡查。检查情况总体不错，但还是存在一些安全隐患。具体情况通报如下：

一、值得表扬借鉴的实验室

- 1、实验室内布局合理，摆放整齐，干净整洁；
- 2、实验用品、工作服、废液瓶摆放有序。



曹-548



曹-448



硅所 2-106



曹-116



铸工 C-202



教 10 后小楼

二、存在的问题

(一) 消防

- 1、门口走廊堆放杂物；
- 2、室内物品太多导致走道不畅；
- 3、门后摆放物品导致门不能全开；
- 4、使用电水壶、电磁炉等违禁电器；
- 5、部分实验室烘箱、冰箱、马弗炉等设备周围堆放手套、纸张、易燃试剂、纸板等易燃物品；
- 6、个别实验室内温度过高，通风不畅；
- 7、部分房间的电脑、显示器、仪器设备长久处于待机状态；
- 8、接线板放地上，电吹风用完后未及时从插座上拔除；
- 9、个别学生在房间内吸烟，烟头随地扔；
- 10、个别实验室内存放的灭火器已过期。

(二) 实验室内务管理不当

- 1、个别实验室内卫生脏、乱，垃圾满溢为及时处理；
- 2、部分房间内存放自行车、床垫、躺椅、废旧仪器设备等与实验无关物品；
- 3、个别实验室内无人，门却开着或未锁门；
- 4、个别研究生学习室存在煮食现象；
- 5、个别研究生学习室闲置物品长时间无人清理，整体环境脏、乱、差；
- 6、工作服随意堆放。

(三) 化学品管理不规范

- 1、个别实验室废液瓶堆放，未及时处理；
- 2、个别实验室废液瓶存放未使用学校统一发放的蓝色废液框，而使用带有绑扎带的试剂箱，拖挂在地上的绑扎带给安全留下了隐患；

- 3、个别实验室废液瓶直接散放在地上；
- 4、个别实验室多瓶试剂没有盖子；
- 5、个别实验室存放多箱易燃有机试剂。

(四) 其他

- 1、个别实验室房顶漏水；
- 2、房间门口未张贴信息牌；
- 3、部分实验室钢瓶未固定；
- 4、实验室门开着无人值守；
- 5、实验室设备开启、人员脱岗。

研究所	实验室	存在的问题	照 片	整改情况
系机关		3个接线板置地		4.17 完成整改
无机所	曹-235	电脑待机, 门无法全打开		
	曹-233	插线板置地, 1个钢瓶未固定, 烘箱上放1次性塑料手套		4.22 完成整改
	曹-122	接缝处漏水严重		
	曹-133	干燥箱上放乙醇洗瓶、纸张等易燃物		当天完成整改
	曹-132	使用电磁炉烹煮、多台电脑未关、废旧仪器堆门边		废旧仪器进行了报废申请
	曹-135	自行车放室内, 冰箱位置不合理		
	曹-137	电线线头裸露		
	曹-139	工作服堆放		
	曹-141	冰箱边上堆满易燃物		
	曹-145	CO ₂ 气瓶未固定		
曹-550	废旧打印机、闲置物品等多年未清理		4.21 完成整改	

	曹-611	存放大量易燃有机试剂		4.22 完成整改
	曹-613	卫生较差		4.22 完成整改
	曹-615	接线板置地, 放有躺椅		4.22 完成整改
	曹-618	氨气瓶未固定		
	曹-622	卫生差		
	曹-628	废瓶直接放地上, 工作服堆放, 门无法全打开		4.22 完成整改
	曹-630	吹风机未拔、废瓶放地上、纱手套紧贴干燥箱, 门无法正常打开, 卫生差		4.21 完成整改
	曹-625	门后的桌子等物品影响门的开启		4.21 完成整改
	曹-636	未用废液框, 门后放东西		
	曹-无机5、6楼走廊	雨伞等物品未及时整理, 阻塞消防通道		
半导体所	曹-335	卫生脏乱, 门没锁		4.21 完成整改
	曹-338	灭火器过期, 工作服堆放		
	曹-340	显示器待机, 插线板置地, 卫生差		4.21 完成整改
	曹-342	电脑未关		4.21 完成整改
	曹-346	卫生差, 门锁损坏		
	曹-339	多个液氮罐及仪器设备放在走廊, 阻塞消防通道		

金属所	曹-337	3个插线板置地, 笔记本电脑未关		4.17 完成整改
	曹-119	室内抽烟, 烟头随地乱扔		4.18 完成整改
	曹-140	卫生差, 比较乱		
	曹-142	研究生学习室比较乱		
	曹-428	试验台下的泡沫板		
材物所	曹 228A	门口无信息牌		
	曹-222	实验室内进食		
	曹-532	室内炉子众多, 室温高, 通风不畅, 卫生差		
	曹-529	门后的桌子、电脑影响门打开		
	曹-530	摆放零乱, 通道不畅, 多个试剂瓶没有盖子		
	曹-542	比较零乱, 通道不畅		

2014年4月17日